

ZERTIFIKAT

*Hiermit erklärt RehaWash International B.V. ,
dass wir gemeinsam mit dem Hersteller die unten aufgelisteten Medizinprodukte
in unseren Reinigungs- und Desinfektionsanlagen getestet haben.
Die Medizinprodukte wurden nach Abschluß sämtlicher Waschzyklen intensiv
untersucht und zeigen keinerlei technische Störungen oder Materialfehler.
Sie sind somit geeignet für die Aufbereitung in RehaWash Modellen.*

RehaWash International B.V.

bescheinigt dem Unternehmen

UHC GmbH

Daimlerstr. 12

76316 Malsch

für die unten aufgeführten Produkte

Alu-Leichtgewicht-Faltrollstuhl 2.920 Moly

Testzeitraum : 25.02. – 18.03.2025

die Gebrauchstauglichkeit in allen RehaWash Modellen.

Borne, den 27. März 2025



René Zacharias
Leiter der Zertifizierung